



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 июля 2017 года № РЗН 2013/245

На медицинское изделие  
Устройства для контроля кровяного давления КОМБИДИН (Combidyn),  
КОМБИТРАНС (Combitrans), СЕНСОНОР (Sensonor)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Б. Браун Мельзунген АГ", Германия,  
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany

Производитель  
"Б. Браун Мельзунген АГ", Германия,  
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany

Место производства медицинского изделия  
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-18583/30590 от 13.07.2017

Вид медицинского изделия см. приложение

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 20 июля 2017 года № 6504  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0033478

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 июля 2017 года № РЗН 2013/245

Лист 1

На медицинское изделие

**Устройства для контроля кровяного давления КОМБИДИН (Combidyn),  
КОМБИТРАНС (Combitrans), СЕНСОНОР (SensoNor):**

варианты исполнения:

1. Адаптеры соединительные КОМБИДИН (Combidyn Adaptor) (вид 131660).
2. Магистральи высокого давления КОМБИДИН (Combidyn pressure tubing) (вид 273840).
3. Набор для контроля давления КОМБИДИН (Combidyn monitoring set) (вид 273840).
4. Купола КОМБИДИН (Combidyn dome) (вид 279340).
5. Купола СЕНСОНОР (SensoNor dome) (вид 279340).
6. Промывное устройство КОМБИДИН (Combidyn flush device) (вид 164980).
7. Наборы для контроля давления с преобразователем КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set) (вид 145140).
8. Кабели соединительные КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring cable) (вид 273840).
9. Держатель Комби-холдер для преобразователей КОМБИТРАНС (Combi-holder for Combitrans) (вид 150490).
10. Преобразователи КОМБИТРАНС в комплекте с устройством для забора образцов крови ГЕМОФИКС (Haemofix-Combitrans monitoring set) (вид 145140).
11. Адаптер для забора крови (Blood sampling Adapter) (вид 131660).
12. Преобразователи КОМБИТРАНС в комплекте с краном ЭКСАДИН (Exadyn-Combitrans monitoring set) (вид 145140).
13. Пластина для крепления преобразователей КОМБИТРАНС (Combitrans attachment plate) (вид 150490).
14. Фиксаторы, в том числе телескопические, для преобразователей КОМБИТРАНС (Combitrans holder) (вид 150490).
15. Треножник КОМБИТРАНС (Combitrans tripod) (вид 150490).
16. Симулятор преобразователя КОМБИТРАНС (Combitrans transducer simulator) и КОМБИТРАНС ДЕЛЬТА-КАЛ (Combitrans Delta-Cal pressure simulator) (вид 273820).
17. Инфузионные манжеты КОМБИТРАНС (Combitrans pressure cuff) (вид 145180).
18. Преобразователь СенсоНор (SensoNor pressure transducer) (вид 145200).

Место производства:

1. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany.
2. B. Braun Melsungen AG Vascular Systems, Sieversufer 8, 12359 Berlin, Germany.
3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiaclecia 14, 64-300 Nowy Tomysl, Poland.
4. B. Braun Medical (Suzhou) Co., Ltd., No. 128 Changyang Street, Suzhou Industry Park, 215024 Suzhou, People's Republic of China.
5. Memscap AS, Langmyra 11, 3185 Skoppum, Norway.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0038870